

WERKSKALIBRIERSCHEIN

Auftraggeber : P.A.Budau GmbH & Co.KG
Auftragnehmer : REUSCHETEC GmbH
Auftrags Nr. : Lieferschein 2010-0001635 Datum : 15.01.2018
 (Besteller)
AB - Nr. : 24003

Gegenstand : Bandschreiber Bauart : Wandbau
Typ / Geräte Nr. : 03/06-10 Nr284185 Güteklasse : 1,0
Prüfmedium : X F G Prüftemperatur 21 ° Celsius
Maß - Einheit : mbar 0-60 bar bar °C
Bezugsnormal : Kolbenwaage Nr. 13441

1.	Soll-Anzeige	Ist -Anzeige		7.	Soll-Anzeige	Ist -Anzeige	
		aufwärts	abwärts			aufwärts	abwärts
	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>36</u>	<u>36,1</u>	<u>36,2</u>
	<u>6</u>	<u>6,1</u>	<u>6,1</u>		<u>42</u>	<u>42,0</u>	<u>42,1</u>
	<u>12</u>	<u>12,1</u>	<u>12,1</u>		<u>48</u>	<u>48,0</u>	<u>48,2</u>
	<u>18</u>	<u>18,2</u>	<u>18,2</u>		<u>54</u>	<u>54,0</u>	<u>54,1</u>
	<u>24</u>	<u>24,2</u>	<u>24,2</u>		<u>60</u>	<u>60,1</u>	
	<u>30</u>	<u>30,1</u>	<u>30,1</u>				

Bei der Endabnahme haben sich in Bezug auf Ausführung und Funktion keinerlei Mängel ergeben.

Hannover 15.01.2018

Prüfer: 

REUSCHETEC GmbH
Qualitätssicherung

